

INFORME DE ENSAYO

CERTIFICADO - N°:0120/05/2020-2

- 1.-EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE) (%) (APT
5.2.2 DE LA NORMA UNE-EN 14683: 2019 + AC)-ANEXO B
Equivalente a Norma ASTM F2101-19
2.-RESPIRABILIDAD (PRESIÓN DIFERENCIAL) (Pa/cm2)
(Apartado 5.2.3 DE LA NORMA UNE-EN 14683: 2019 + AC)-
ANEXO C

Tipo de muestra: N/Mascarilla

Recogida por: Personal de Ambisand

Tipo de Envase: Bolsas de Plástico

Procedimiento: Toma según normativa vigente.

Detalles/Referencias de la muestra:

Lote de Pruebas – Mascarilla – TIPO MUESTRA - 2

CHANGZHOU XUEMAN GARMENT FACTORY FOT

Fecha y hora de toma de muestra: 23/05/2020 09:00

Fecha y hora de recepción: 23/05/2020 11:00

Fecha y hora inicio ensayo: 24/05/2020 13:00

Fecha finalización ensayo: 26/05/2020

RESULTADOS

| Parámetros | Resultados | Unidades | Nivel Permitido | Método |
|---|-------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| Eficacia (BFE) - Staphylococcus aureus | 95% APTA | B= (C - T)/C x 100 | +/- 95% | UNE – EN 14683:2019 + AC |
| Clasificación Final Mascarilla - Respirabilidad | 30% APTA | Pa/cm2 | < 40 | UNE – EN 14683:2019 + AC |

Acreditación / Cumplimiento: Según los Ensayos descritos anteriormente el producto cumple con lo especificado en la Norma UNE-EN 14683:2019 +AC (UNE 0064-1 y UNE 0064-2). **MASCARILLA – APTA.**

Características: 1 Capa TNT azul (PP) + 1 Capa filtro SPUNLACE (PET) + 1 Capa TNT blanco (PP)

Observaciones: Ambisand Laboratorio y su Gerente Responsable D. Rafael Narciso González Molina, hace constar que los Informes de Ensayo, no tendrán validez si los tejidos no están Certificados, en relación a las muestras de mascarillas analizadas y testadas, conforme a las Normas establecidas.

Comentarios: La muestra **SI** cumple con la normativa o valores recomendados en los parámetros analizados.

Legislación: Reglamento de Productos Sanitarios UE 2017/745 – Directiva de Equipo de Protección Personal 89/686/CEE - Directiva 93/42/CEE (DO L 169 1993)
NORMA UNE-EN 14683:2019+AC (Mascarillas Higiénicas Reutilizables para Adultos y Niños con respecto a los requisitos Mínimos de Elaboración – Confección – Marcado y Uso.)

Rafael Narciso González Molina
Gerente Laboratorio

AMBISAND es Marca Comercial de RAFAEL NARCISO GONZÁLEZ MOLINA (NIF : 30981945-W. Los resultados de este informe sólo afectan a la muestra analizada. Prohibida la modificación, reproducción parcial o total de este informe por cualquier método sin autorización expresa. Los datos in-situ y de toma de muestras no tomadas por personal de AMBISAND han sido facilitadas por el cliente.